FUTURO™ Products

Attelle du poignet réversible Futuro™

Niveau de support : modéré – stabilisant

L'attelle de poignet réversible Futuro™ est conçue pour apporter un soutien modéré au poignet droit ou gauche, après une blessure ou en prévention. Offre un niveau plus élevé de support en combinant des matériaux élastiques et non-élastiques. Se compose également de matériaux absorbant les chocs pour soulager les symptômes associés aux entorses, foulures, l'arthrite, les blessures répétitives et aide ainsi à éviter de nouvelles blessures. Ajustable et réversible, l'attelle Futuro™ convient pour main droite ou gauche.

Indications :

- Syndrome du canal carpien
- Tendinite
- Arthrite
- Entorses
- Syndrome de blessures répétitives

Caractéristiques spécifiques :

Découpe profonde, forme ergonomique permettant un mouvement de main libre. Support adaptable au niveau de la paume de la main offrant une stabilisation modérée.

Autres caractéristiques et avantages :

- Support confortable lors des activités quotidiennes.
- Matériaux respirants, résistants et doux.
- 3 Fixations auto-agrippantes pour un ajustement précis.
- Attelle conçue pour être enfilée sans effort
- Sans latex.
- Pour main droite ou gauche.

Mode d'emploi

1. Ouvrir les fixations. Glisser la main dans l'attelle en maintenant la baleine de renfort métallique le long de la paume de la main.
2. Fermer la sangle centrale, puis les sangles adjacentes. Fermer la sangle de pouce. Serrer toutes les sangles de manière à ce qu'elles soient fermes mais confortables.
3. Pour la main gauche, sortir l'attelle en aluminium et la glisser dans l'ouverture opposée, en gardant la partie "en cuillère" vers l'intérieur du bandage.

Tailles et informations de commande

Mesurer la taille comme illustré.

Dimensions	Taille	N° d'article	Code Pharmacie BE
14,0 – 21,5 cm	Ajustable	10770DAB	CNK 3278-041

Matériau :

Polyamide, polyuréthane, polyester, élasthanne.

Instructions de nettoyage pour les bandages Futuro™

Avant de laver, retirer les baleines métalliques au travers de la fente située à la base du bandage et fermer toutes les attaches avant de laver. Lavage à la main jusqu'à 30 °C

L'utilisation d'eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage à sec sont à proscrire